



N° 20 PEZZI DI COPERTURE FACCIALI MONOUSO BD 1961739 confezionate singolarmente

ARTICOLO

N° Serie 27-01-05

Cover Medical

Cover Medical è un dispositivo medico di tipo II

certificato UNI EN ISO 10993 e UNI EN 14683

Efficienza di filtrazione batterica BFE > 99,7%

Pressione differenziale (Pa /cm²) = 21

Contaminazione microbica (Bioburden) UFC/g ≤ 10

UNI EN ISO 11737-1:2018 convalida metodo di valutazione pulizia microbica (Bioburden) UFC/g ≤ 10

La copertura è nel rispetto del D.L. N° 18 del 17 marzo 2020 Articolo 15 e 16 comma 1
Le caratteristiche del Tessuto non tessuto utilizzato per produrre la copertura sono :

Le dimensioni del T.N.T. utilizzato sono cm. 19 x 19 Composizione 100 % poliestere
non contiene lattice Data scadenza 2021/12

Posizionare la mascherina a copertura del naso e della bocca tramite gli elastici agganciare
la mascherina al viso, conformare il dispositivo che permette di avere una maggiore aderenza
alla forma del naso

Conservare il luogo asciutto non umido non esporre al sole
e con una temperatura compresa tra -5 e + 45 gradi centigradi



Per smaltimento mettere in un sacchetto di plastica ben sigillato e smaltire come assimilabile
agli urbani destinati ai termovalorizzatori

E' di fondamentale importanza indossare correttamente la copertura, perchè l' uso non corretto
può aumentare, anzichè ridurre, il rischio di infezione (non portare mai la mascherina al collo),

L' utilizzo della copertura diminuisce la capacità respiratoria

La copertura deve coprire contemporaneamente sia il naso che la bocca

Cover Medical è sanificata con metodo a irraggiamento da azienda
certificata UNI CEI ISO 13485:2016

Parere favorevole per la produzione ,commercializzazione ed utilizzo

Rilasciata da Istituto Superiore di Sanità N° 0017241 del 14-05-2020 D42

Realizzata con T.N.T. Cover NWT PROT a DOPPIO strato

TESSUTO certificato UNI EN ISO 10993 e UNI EN 14683

Efficienza di filtrazione batterica BFE > 99,7%

Pressione differenziale (Pa /cm²) = 21



Cover Medical è

Prodotto da T.S.G. s.r.l.

Via Dello Zerbo 160

21050 Gorla Maggiore (VA)

Certificata :

ISO 14001 : 2015 ISO 9001 : 2015

OEKO-TEX standard 100 classe II



Direttiva 93/42/CEE dispositivo medico classe I
-EN 14683:2019 TIPO II

